

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua bàn mổ cho khoa Liên chuyên khoa lẻ” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông (bà): Trần Ngọc Linh
 - Chức vụ: cán bộ trang thiết bị vật tư y tế
 - Số điện thoại: 0985735576
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa, tổ Vĩnh Lim, TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 14 tháng 03 năm 2024 đến trước 17h ngày 25 tháng 03 năm 2024.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không có hiệu lực.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 03 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục và yêu cầu đáp ứng của hàng hóa như sau:

STT	Danh mục và yêu cầu đáp ứng của hàng hóa	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
01	BÀN MỔ I. Yêu cầu chung <ul style="list-style-type: none">- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485- Điện áp sử dụng: 220V±22V; 50Hz±1Hz II. Yêu cầu về cấu hình thiết bị <ul style="list-style-type: none">- 01 Bàn mổ chính- 01 Khung đỡ màng gây mê- 02 Giá đỡ vai- 02 Giá đỡ tay- 02 Giá đỡ hông- 02 Giá đỡ chân- 01 Dây nguồn	01	Cái

<p>- 01 điều khiển cầm tay - 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt</p> <p>III. Yêu cầu về thông số kỹ thuật:</p> <p>1. Tính năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Được thiết kế điều chỉnh bằng động cơ điện - Phần chân được điều chỉnh bằng cơ học - Chiều cao thấp nhất của bàn là 560mm, có thể được sử dụng cho phẫu thuật Nhãn khoa và Thính giác - Có bánh xe dễ dàng di chuyển - Nệm xốp hoạt tính dày $\geq 5\text{cm}$ - Pin dung lượng đáp ứng tối thiểu cho 30÷50 lần phẫu thuật <p>2. Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước mặt bàn: $\geq 2000 \times 500\text{ mm}$ - Nâng hạ chiều cao bằng điện: Thấp nhất $\leq 560\text{ (mm)}$ – Cao nhất ≥ 750 đến 800 (mm) - Trendelenburg/Trendelenburg đảo ngược: $\geq 20^\circ / \geq 20^\circ$ - Nghiêng trái/phải: $\geq 20^\circ / \geq 20^\circ$ - Nâng đầu (lên/xuống): $\geq 30^\circ / \geq 85^\circ$ - Tầm chân (lên/xuống/hướng ra ngoài): $\geq 15^\circ / \geq 85^\circ / \geq 85^\circ$ - Nâng hạ lưng (lên/xuống): $\geq 40^\circ / \geq 20^\circ$ - Nâng cầu thận: $\geq 70\text{mm}$ - Tải trọng: $\geq 200\text{kg}$ 		
--	--	--

2. Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa, tổ Vĩnh Lim, TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 04/2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán 100% sau khi có đủ giấy tờ bàn giao, nghiệm thu, hóa đơn và các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác: Không có.

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa xin trân trọng thông báo./.


Chiêm Hóa, ngày 14 tháng 03 năm 2024

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu: VT, Dược-TTBVTTYT



Hà Văn Linh