

Số: 621/TM-TTYT

Chiêm Hóa, ngày 04 tháng 11 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc cung cấp báo giá dịch vụ thay thế linh kiện cảm biến vị trí, motor, Halogen 12v/20w, Bảo trì bảo dưỡng Van của khối kim R2 của máy xét nghiệm sinh hóa Biolis50i SuperIor tại Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng

- Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thay thế linh kiện cảm biến vị trí, motor, Halogen 12v/20w, Bảo trì bảo dưỡng Van của khối kim R2 của máy xét nghiệm sinh hóa Biolis50i SuperIor cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận văn thư thuộc Phòng Tổ chức - Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn. 0349.940.906

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc đường chuyển phát nhanh tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa, Tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

- Báo giá hàng hoá kèm bản phô tô giấy phép kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp, hồ sơ năng lực.

- Bản chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao bì để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá. Bản chào giá phải ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9h00, ngày 04 tháng 11 năm 2024 đến trước 17h00, ngày 09 tháng 11 năm 2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không có hiệu lực.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục và yêu cầu đáp ứng của hàng hóa như sau:

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	SL	ĐVT	Ghi chú
1	Cảm biến vị trí	- Cảm biến nhận biết vị trí chuyển động của kim hóa chất, điện áp sử dụng 5v, chất liệu nhựa, sắt - Hãng sản xuất: Tokyo Boeki Medisys Inc - Xuất xứ: Nhật Bản	3	Chiếc	Dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Biolis50i Superlor
2	Motor	- Moto điều khiển chuyển động lên xuống của xylanh hút hóa chất, điện áp sử dụng 24v, chất liệu bằng thép - Hãng sản xuất: Tokyo Boeki Medisys Inc - Xuất xứ: Nhật Bản	1	Chiếc	
3	Bảo trì bảo dưỡng Van của khối kim R2	- Van điều khiển nước đến xylank, điện áp sử dụng 24 v, chất liệu bằng nhựa, sắt - Hãng sản xuất: Tokyo Boeki Medisys Inc - Xuất xứ: Nhật Bản	1	Máy	
4	Halogen 12v/20w	Bóng đèn Halogen lamp 12V/20W Thông số kỹ thuật: Điện áp danh nghĩa: 12,0 V Công suất danh nghĩa: 20,00 W Đường kính: 9,5 mm Chiều dài: 30,0 mm Chiều dài tâm đèn (LCL): 19,5 mm Chiều dài dây tóc: 1,90 mm Trường được chiếu sáng: 1,9*2,0 mm ² Đường kính dây tóc: 2,0 mm Tuổi thọ: 3000 giờ Đường kính vỏ đèn tối thiểu: 9 mm Điều chỉnh độ sáng: Có Vị trí đốt: s90 Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016	2	Chiếc	

2. Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa, tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian thực hiện: Tháng 11/2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/Thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày hai bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác: Không có.

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng TC-KH (để đăng tải);
- Website đơn vị;
- Lưu: VT, HST.



GIÁM ĐỐC

Hà Văn Linh