

Số: 181 /TM -TTYT

Chiêm Hóa, ngày 11 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi : Các đơn vị cung cấp dịch vụ

Thẩm định giá trang thiết bị y tế, tư vấn lập E- HSDT, đánh giá E- HSDT, thẩm định E- HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị cho phòng khám đa liệu phục vụ công tác chuyên môn của trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa.

Tổng dự toán: 443.000.000đồng

Tổng số mặt hàng: 01 mặt hàng

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa kính mời các đơn vị quan tâm và có khả năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá trang thiết bị y tế, tư vấn lập E- HSDT; đánh giá E- HSDT; Thẩm định E- HSMT; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gửi báo giá và hồ sơ năng lực về Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa để tổ chức lựa chọn nhà thầu.

I. Nội dung yêu cầu cung cấp

1. Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp.
2. Hạch toán tài chính độc lập.
3. Không đang trong quá trình giải thể, không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
4. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
5. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo Luật định, không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.
6. Đã có kinh nghiệm trong tư vấn các gói thầu có tính chất tương đương
7. Báo giá chào giá dịch vụ: Bao gồm tất cả các loại thuế, phí có liên quan và các nội dung liên quan khác.

II. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

Báo giá, tài liệu gửi về Phòng Văn thư - Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa

- Nhận qua Email tại địa chỉ: ttytchiemhoa@gmail.com

- Thời gian nhận báo giá từ ngày 11/04/2025 đến 17h00 ngày 17/04/2025, các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Địa chỉ: Tổ Vĩnh Lim, Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Website TTY
- Lưu VT, TC&DD &KSNK

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Linh

DANH MỤC VÀ YÊU CẦU ĐÁP ỨNG CỦA HÀNG HÓA

(Kèm theo thư mời chào giá dịch vụ thẩm định giá trang thiết bị y tế, tư vấn lập E-HSDT, đánh giá E-HSDT, thẩm định E- HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 181 ngày 11/04/2025 của Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa)

STT	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1	Máy Laser CO2 Fractional điều trị da Số lượng: 01 cái
I	YÊU CẦU CHUNG:
	Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100%
	Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE
	Nguồn cung cấp: 220V/50Hz
	Môi trường hoạt động: - Nhiệt độ: hoạt động trong môi trường nhiệt độ từ 30 độ C trở lên - Độ ẩm: hoạt động trong môi trường độ ẩm từ 70% trở lên
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH
	Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:
	Máy chính: 01 máy
	Tay phát tia vi điểm (Đầu Fractional CO2) : 01 cái
	Đầu cắt đốt CO2 : 01 đầu 50mm, 01 đầu 100mm
	Kính cho bác sĩ: 01 cái
	Kính cho bệnh nhân: 01 cái
	Dây nguồn: 01 cái
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
III.	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
	Có thể kết hợp các chức năng khác nhau với các tay điều trị khác nhau
	Đầu đốt CO2 dùng để cắt đốt các tổn thương dạng u mềm trên bề mặt da như: khối sùi mào gà, u mềm lây, hạt com, u tuyến bã, sẩn cục...
	Đầu Fractional CO2 chỉ định trong: làm săn chắc da, tái tạo bề mặt da, trị sẹo mụn, điều trị lỗ chân lông, đốm, nếp nhăn da, ...
	Loại Laser: Carbon Dioxide Laser

	Bóng Laser: Loại bóng kim loại RF (Radio Frequency)
	Bước sóng laser CO2 : 10.600 nm
	Cơ chế dẫn tia Laser: trực khuỷu
	Hệ thống trực: ống khí CO2 (dẫn tia CO2)
	Năng lượng tối đa: $\geq 30W$
	Năng lượng xung : 3mJ~300mJ
	Độ rộng xung Ultra Pulse: 50~990 [μs]
	Kích thước điểm bắn: $\geq 0.1mm$
	Kích thước vùng quét: trong khoảng 3 x 3 [mm] ~ 20 x20 [mm] (có thể điều chỉnh được)
	Tia chỉ đường: 650nm (ánh sáng tia dẫn đường có thể điều chỉnh được)
	Chế độ làm việc ≥ 3 chế độ gồm chế độ Fractional Laser, chế độ sóng liên tục, chế độ siêu xung
	Hình dạng quét : có các hình dạng quét khác nhau, tối thiểu có hình chữ nhật, hình tròn
	Chế độ quét ≥ 3 chế độ (Static, Dynamic, Random)
	Tích hợp màn hình điều khiển cảm ứng, kích thước ≥ 8 inch
	Làm mát bằng khí
	Bàn đạp chân: điều khiển phát tia Laser
	Máy chính có bánh xe di chuyển
	Cánh tay dạng trực khuỷu
IV	YÊU CẦU KHÁC
	Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực Địa điểm giao hàng: tại Đơn vị sử dụng
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng cho các lỗi thuộc về nhà sản xuất
	Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần.
	Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam.
	Hàng hóa thiết bị có đầy đủ Giấy chứng nhận xuất xứ CO, Giấy chứng nhận chất lượng CQ

STT	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
2	Thiết bị hút khói, khử mùi trong phẫu thuật Số lượng: 01 cái
I	YÊU CẦU CHUNG:
	Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100%
	Nguồn cung cấp: 220 VAC, 50/60Hz
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH
	Thân máy: 01 chiếc
	Vòi hút khí mềm, chụp hút: 01 chiếc
	Cần đỡ vòi hút khí: 01 chiếc
	Dây cắm nguồn: 01 dây
	Bàn đạp: 01 chiếc
	Cầu chì 10A: 02 chiếc
	Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển
III.	YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
	Không khí tối đa: 2,9 m ³ / phút (290LPM)
	Áp lực hút tối đa: 230 KPA (225,4mm H ₂ O)
	Điều khiển lưu lượng nước: Vô cấp
	Hiển thị lưu lượng hút: Đèn báo
	Công suất toàn máy: 1450W
	Công suất hút tối đa: 310W
	Kích thước: 54*27*34(cm)
	Khối lượng: 10 Kg
	Chức năng lọc 3 bước bao gồm: Lọc thô, lọc carbon hoạt tính, lọc tinh
IV	YÊU CẦU KHÁC
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực Địa điểm giao hàng: tại Đơn vị sử dụng
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua
	Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 03 tháng/lần.