

Số: 226 /TM-TTYT

Chiêm Hóa, ngày 25 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc cung cấp báo giá dịch vụ mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ

- Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị cụ thể như sau:

I. Nội dung yêu cầu cung cấp

1. Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp.
2. Hạch toán tài chính độc lập.
3. Không đang trong quá trình giải thể, không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
4. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
5. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo Luật định, không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.
6. Đã có kinh nghiệm trong tư vấn các gói thầu có tính chất tương đương
7. Báo giá chào giá dịch vụ: Bao gồm tất cả các loại thuế, phí có liên quan và các nội dung liên quan khác.
8. Để lựa chọn được trang thiết bị phù hợp. Đề nghị các đơn vị cung cấp các tài liệu liên quan (như: CO, CQ, tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm, hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất, đủ điều kiện mua bán...) và báo giá chi tiết, thông tin về các kết quả trúng thầu được đăng tải trên cổng mua sắm công (đang còn hiệu lực) (nếu có).

II. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Tổ Vĩnh

Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bộ phận văn thư thuộc Phòng Tổ chức - Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn. Số điện thoại văn thư: 0984.551.694

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh về: Bộ phận văn thư, Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang;

- Nhận qua Email tại địa chỉ: ttytchiemhoa@gmail.com

- Thời gian nhận báo giá từ 25/04/2025 đến 17h00 ngày 06/05/2025, các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06/05/2025.

5. Các thông tin khác: Không có.

(Có danh mục mua sắm kèm theo)

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng TC-KH (để đăng tải);
- Website đơn vị;
- Lưu: VT, HST.



Hà Văn Linh



DANH MỤC MUA SẴM VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ
(Kèm theo thư chào giá số 226 ngày 25/04/2025 của Trung tâm Y tế)

STT	Tên hàng	ĐVT	Số lượng
1.	Cáp điện tim cho máy theo dõi bệnh nhân. Đặc tính kỹ thuật: - Chất liệu: Cáp bằng TPU chất lượng cao, 2.5+0.9m, màu xám	Cái	01
2.	Bao đo huyết áp người lớn cho máy theo dõi bệnh nhân Đặc tính kỹ thuật: - Chất liệu: Nylon TPU mềm . - Đóng gói: Túi/ cái	Cái	02
3.	Filter lọc khuẩn HME Đặc tính kỹ thuật: - Chất liệu filter: Polypropylene - Chất liệu vỏ: K-resin/ABS - Tidal Volume: 150-1500ml - Độ ẩm thất thoát (mg H ₂ O/l air): 6.9 - Trở kháng (pa): 110@30L/ phút - Hiệu quả lọc khuẩn (%): 99,9999% - Hiệu quả lọc virus (%): 99,9999% - Khoảng chết: 53ml - Thời gian sử dụng: 24 giờ	Cái	300
4.	Điện cực dán điện tim Đặc tính kỹ thuật: - Vật liệu xốp bảo vệ điện cực và gel từ các chất tẩy rửa phẫu thuật. - Gel rắn dính nhanh chóng và giúp ghi tín hiệu tốt trên bề mặt da. - Dùng một lần, đã bôi gel, không nhựa mủ, không PVC - Đóng gói: 30 cái/túi	Cái	600
5.	Bộ bơm bóng mở khí quản Đặc tính kỹ thuật: - Kiểm soát áp suất khi bơm bóng - Theo dõi, đo nhanh áp lực trong bóng - Thao tác chỉnh áp lực trong bóng đơn giản, không cần ngắt kết nối hay sử dụng bơm tiêm - Dạng bỏ túi, dễ dàng mang theo.	Cái	01
7.	Tắm điện cực trung tính cao su dùng nhiều lần (Dùng cho trẻ em) Đặc tính kỹ thuật: - Kích thước: 110*80mm - Cable 2m	Cái	01
8.	Tắm mass dao mổ điện dùng nhiều lần (Dùng cho người lớn) Đặc tính kỹ thuật: - Chất liệu: Cao su lưu hóa - Kích thước: 15*25cm - Chuẩn 6.35 Míc	Cái	01
9.	Đèn hồng ngoại Hãng sản xuất: Phana / Việt Nam	Cái	10

	Đặc tính kỹ thuật: - Chất liệu: Khung sườn inox, chân đế inox, nặng nên không dễ bị ngã tạo sự an toàn khi điều trị - Có 4 bánh xe thuận tiện khi di chuyển, chóa đèn làm bằng nhôm đủ rộng để khu trú được tia hồng ngoại tập trung nơi vùng cần điều trị - Điều chỉnh được độ nóng của bóng đèn - Bóng đèn hồng ngoại công suất 250W - Trọng lượng: 8,7 kg - Dây nguồn dài 3m - Chân đế 60x60 cm, chiều cao có thể điều chỉnh từ thấp tới tối đa 160 cm (+/- sai số 5%), xoay mọi hướng, có lưới bảo hộ bóng đèn, có chuông báo tự động tắt đèn theo giờ hẹn * Tác dụng: Giảm đau, gia tăng tuần hoàn...		
10.	Máy điện châm Hãng sản xuất: Wujin Great Wall Medical Device Co., Ltd/ Trung Quốc Đặc tính kỹ thuật: - Phụ trợ dò tìm huyết trên cơ thể người - Thay thế xoa bóp bằng tay - Cường độ xung, tần số xung ở mỗi kênh có thể điều chỉnh dễ dàng - Có thể định thời gian trị liệu - Có 5 dạng xung (ứng với các công dụng trị liệu khác nhau) để lựa chọn - Công suất tiêu hao tối đa: ≤ 5 kW - Tiêu chuẩn an toàn: Type II-BF - Điện năng cung cấp cho Adapter: Đầu vào: 220V/50 Hz - Đầu ra: DC9V/150 mA	Cái	20
	Máy tháo lồng ruột Đặc tính kỹ thuật: - Các mức áp lực lựa chọn trong khoang ruột: 6.7 (50mmHg), 8 (60mmHg), 9.2 (70mmHg), 10.7 (80mmHg), 12 (90mmHg), 13.3 (100mmHg), 14.7 (110mmHg) Kpa (Khi bơm khí vào khoang ruột người bệnh với áp lực 6.7 Kpa là có thể chuẩn đoán bệnh). - Thiết bị hiển thị áp lực trong ruột. - Khi áp lực trong khoang ruột vượt quá áp lực đã cài đặt (1,33 Kpa) thì khí tự động xả ra. - Khi áp lực trong khoang ruột ở mức 14.7 Kpa thì máy có đèn báo. - Khi bơm khí vào đến áp lực dự định thì máy sẽ tự động dừng bơm khí. - Có thể ấn nút để điều chỉnh tốc độ khí ra và khí vào. - Kích thước: - o Máy chính: 280 x 95 x 180 mm. - o Thiết bị hút khí: 280 x 95 x 180 mm. - Trọng lượng: - o Máy chính: 2 kg. - o Thiết bị hút khí: 1 kg. - Nguồn điện: 220 V - 50 Hz	Cái	01

	Cấu hình: - Dây nguồn: 01 cái. - Bóng bóp: 01 cái. - Ống nối bóng bóp: 01 cái. - Điều khiển bơm/xả khí: 01 cái. - Đầu nối ống cao su: 01 cái. - Ống cao su: 02 cái. Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh-Việt: 01 bộ		
--	---	--	--