

Số: 70 /YCBG-TTYT

Chiêm Hóa, ngày 01 tháng 02 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua máy nội soi Tai Mũi Họng” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông (bà): Trần Ngọc Linh
 - Chức vụ: cán bộ trang thiết bị vật tư y tế
 - Số điện thoại: 0985735576
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư - Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa, tổ Vĩnh Lim, TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 01 tháng 02 năm 2024 đến trước 17h ngày 10 tháng 02 năm 2024.
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không có hiệu lực.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho máy hây mê kèm thờ:

STT	Danh mục	Mô tả chi tiết	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy nội soi Tai Mũi Họng	Chi tiết theo phụ lục đính kèm	01	Cái

2. Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa, tổ Vĩnh Lim, TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 03/2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Thanh toán 100% sau khi có đủ giấy tờ bàn giao, nghiệm thu, hóa đơn và các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác: Không có.

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu: VT, Dược-TTBVTYT

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Linh



PHỤ LỤC, CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(Đính kèm yêu cầu báo giá số 70 /YCBG-TTYT ngày 01/2/2024)

MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG

1. Thông tin chung:

- Máy mới 100%
- Năm sản xuất: 2023 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13845 hoặc tương đương

2. Cấu hình:

- Thân máy chính : 01 chiếc
- CCD Camera Full HD : 01 chiếc
- Nguồn sáng : 01 chiếc
- Màn hình : 01 chiếc
- Xe đẩy chuyên dụng : 01 chiếc

3. Đặc điểm kỹ thuật :

- Nguồn điện 220v , 50 -60 Hz
- Công suất tiêu thụ 100W
- Nguồn sáng LED
- Màn hình LED 24"
- Hệ NTSC /PAL
- Camera độ phân giải Full HD
- Tự động cân bằng sáng
- Tín hiệu kỹ thuật số
- Tín hiệu ra : Composite , HDMI
- Có nút bấm chụp ảnh ngay trên camera .

Xe đẩy chuyên dụng :

Xe đẩy di động gọn nhẹ, giúp di chuyển dễ dàng, phù hợp với mọi vị trí trong bệnh viện và phòng khám