

Số: 53/TM-TTYT

Chiêm Hóa, ngày 19 tháng 9 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc cung cấp báo giá dịch vụ bảo trì hệ thống nước RO thận nhân tạo, thay thế đèn cực tím, đồng hồ áp lực, bình quản lý áp suất của Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng

- Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì hệ thống nước RO thận nhân tạo, thay thế đèn cực tím, đồng hồ áp lực, bình quản lý áp suất cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận văn thư thuộc Phòng Tổ chức - Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn. 0349.940.906

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc đường chuyển phát nhanh tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa, Tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

- Báo giá hàng hoá kèm bản phô tô giấy phép kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp, hồ sơ năng lực.

- Bản chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao bì để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá. Bản chào giá phải ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9h00, ngày 19 tháng 9 năm 2024 đến trước 17h00, ngày 26 tháng 9 năm 2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không có hiệu lực.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục và yêu cầu đáp ứng của hàng hóa như sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ (Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật)	Hãng/ Nước sản xuất	khối lượng	Đơn vị tính
1	Thay thế Màng RO	Công suất lọc: 395 lít/giờ (2500 GPD) Loại thải muối ổn định: 99.5% Loại thải muối tối thiểu: 99.2%, Chiều dài màng lọc 40 inch (tương đương khoảng 1016 mm) Đường kính ngoài 3.9 inch (tương đương khoảng 99.06 mm) Đường kính trong 0.75 inch (tương đương khoảng 19.05 mm) Chịu được Áp suất tối đa 600 psi	Hãng:LG Korea Model: LG BW 4040ES	3	Cái
2	Thay thế vật liệu bình lọc đa chất	Cát tinh 0.5-0.8 mm Cát thô cỡ 0.9-1.5 mm Vật liệu lọc Anthracite Cát xanh - Greend sand	Việt Nam	120	Lít
3	Thay thế vật liệu bình than hoạt tính	Độ cứng Hardness nhỏ nhất. (Min.): 90 Lớn hơn > Lưới 8 (2.36 mm) (Max.): 15% Nhỏ hơn < Lưới 30 mesh (0.60 mm) (Max.): 4% Diện tích bề mặt - (N2 BET method2), m ² /g: 900 Cỡ hiệu quả: 0.9	Calgon China Model: Carbsorb30	120	Lít
4	Thay thế vật liệu bình làm mềm	Hạt cho cỡ sàng: 16-50 Lưới sàng Mỹ (297-1190 micro mét) Hệ số đồng nhất: 1.6 Tỷ lệ % hạt < Cỡ sàng 50 (300 Micro mét): <1% Dạng hình cầu - Minimu: 93% Có khả năng tái sinh	Resintech Inc China Model: CG8	120	lít
5	Thay thế lõi lọc 1 micro 20"	Chiều dài lõi lọc 20 inch Đường kính ngoài 63 mm Đường kính trong 28 mm Kích thước khe lọc danh nghĩa theo đơn vị Micron 1µm	GLOBAL FILTER Malaysia Model: SMB1-20	1	Cái
6	Bình quản lý áp suất	Dùng cho bơm tăng áp Hãng Grundfos Model: PM1/2	Grundfos Xuất xứ Italya Model: PM1/2	1	Cái
7	Đèn cực tím	Công suất: 37W Bóng được sử dụng cho các bộ đèn UV 401, hoặc tương đương Thời gian chiếu sáng: 9000 giờ (1 năm)	Hãng Shann chih (Taiwan)	1	Cái
8	Đồng hồ áp lực	Đồng hồ áp lực inox chân đứng 7 kg/cm ² Xuất xứ Việt nam	Xuất xứ Việt nam	2	Cái

2. Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa, tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

3. Thời gian thực hiện: Tháng 10/2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng/Thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận được đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày hai bên thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác: Không có.

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng TC-KH (để đăng tải);
- Website đơn vị;
- Lưu: VT, HST.

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Linh